


УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравец
« 19 » 12 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение электрохимического сенсора токсичных газов
для стационарных газоанализаторов модели DM-700 установок
1А-1М, Л-24/6. Гидрокрекинг, УПСК

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Электрохимический сенсор токсичных газов в составе стационарного газоанализатора модели DM -700 предназначен для непрерывного определения и передачи в систему управления значений ПДК сероводорода в воздухе установок. Сенсор устанавливается в газоанализатор модели DM -700 взамен вышедшего из строя сенсора.

Код заказа вышедшего из строя сенсора 377-242400-100.

Код заказа приобретаемого сенсора 377-242400-100.

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Диапазон измерений 0-100 ppm
- Измеряемая среда: воздух установки (наличие сероводорода)
- Соответствие года выпуска году продажи

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

180,
11014562 - 220 № 373210