


# УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ПАО «Славнефть-ЯНОС»



Н.Н. Вахромов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 45/21

Предмет закупки – нутромер микрометрический 50-1000мм

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствие требованию	Единица измерения	Условия соответствия
1	2	3	4	5
	<Техническая часть>			
1.	<p><u>Назначение:</u> Предназначен для измерений внутренних размеров деталей и отверстий.</p> <p><u>Основные технические характеристики и требования:</u>  Диапазон измерений – 50-1000 мм;  Цена деления – 0,01 мм;  Метод измерения – двухточечный;  Тип отсчета – аналоговый;  Измерительные наконечники – закаленная сталь или твердосплавные, шлифованные и притертые;  Легкая трубчатая конструкция – да;  Первичная поверка на заводе-изготовителе - дата первичной поверки и выдача свидетельства должны быть выполнены не ранее 2-х месяцев до даты поставки.</p> <p><u>Комплектация:</u>  Микрометрическая головка – 1 шт; удлинители – не менее 8 шт; кейс; комплект документации</p>	Комплект документации (техническое предложение), спецификации заверенные подписью и штампом Контрагента.	Да/нет	Предоставление в составе oferty

Примечание: в случае невыполнения вышеуказанных требований, ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право принять либо отклонить offerту Участника.

Инициатор закупки:

\_\_\_\_\_  
Главный механик  
(должность)



\_\_\_\_\_  
Д.П. Кучин  
(ф.и.о.)

07 ИЮН 2021  
(дата)


\_\_\_\_\_  
Начальник цеха №19  
(должность)



\_\_\_\_\_  
А.А. Строганов  
(ф.и.о.)

(дата)

\_\_\_\_\_  
Начальник участка цеха №19  
(должность)



\_\_\_\_\_  
А.С. Банухин  
(ф.и.о.)

(дата)